Pile Dynamics Inc

Transducer 104i



PDA Cal Factor	=	93.0 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	322.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.69
131	1.41
196	2.10
262	2.82
327	3.52
393	4.22
458	4.92
524	5.63
589	6.33
651	7.00

Calibrated by: SCOTT

Calibrated on: 01-Mar-01