PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 107I

07-May-93



PDA Cal Factor = 91.4 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 317.3 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
62.	.68
124.	1.38
187.	2.07
249.	2.75
315.	3.47
379.	4.16
445.	4.88
509.	5.59
571.	6.27
634.	6.95