PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 110I

07-May-93



PDA Cal Factor = 98.7 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 342.6 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
65.	.67
134.	1.37
200.	2.05
272.	2.78
337.	3.44
405.	4.12
477.	4.84
550.	5.59
618.	6.27
681.	6.91