PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 111I

07-May-93



PDA Cal Factor = 103.0 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 357.7 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
70.	.69
151.	1.48
213.	2.09
290.	2.84
354.	3.46
427.	4.16
500.	4.87
574.	5.58
644.	6.27
715.	6.95