Pile Dynamics Inc

Transducer 113I



PDA Cal Factor = 90.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 313.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
214	2.37
207	2.29
203	2.24
270	2.98
367	4.06
406	4.48
447	4.93
540	5.97
618	6.85
653	7.23

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Oct-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2