PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 116I

19-May-93



PDA Cal Factor = 93.7 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 325.4 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
66.	.71
131.	1.41
195.	2.11
263.	2.81
330.	3.51
395.	4.22
460.	4.91
523.	5.60
590.	6.32
657.	7.00