Pile Dynamics, Inc.
Transducer 121I



PDA Cal Factor = 99.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 345.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
54	.57
87	.93
202	2.09
226	2.34
328	3.36
373	3.81
492	4.99
526	5.33
611	6.16
659	6.65

Calibrated by: J. Rutledge

Calibrated on: 24-Sep-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2