PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 123I

14-Jun-93



PDA Cal Factor = 92.2 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 320.0 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
67.	.73
129.	1.41
193.	2.10
258.	2.81
326.	3.55
389.	4.23
452.	4.91
519.	5.64
586.	6.37
645.	7.01