PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 127I

09-Jul-93



PDA Cal Factor = 98.7 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 342.7 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
67.	.69
137.	1.40
204.	2.09
271.	2.77
339.	3.44
411.	4.18
482.	4.89
547.	5.55
619.	6.27
685.	6.95