PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 129I

25-Jun-93



PDA Cal Factor = 93.9 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 326.1 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
58.	.63
125.	1.34
184.	1.98
258.	2.77
321.	3.44
415.	4.43
453.	4.84
534.	5.69
586.	6.25
657.	7.00