PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 135I

06-Jul-93



PDA Cal Factor = 94.3 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 327.3 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
67.	.69
133.	1.40
198.	2.10
263.	2.80
329.	3.50
399.	4.22
461.	4.89
529.	5.61
593.	6.29
660.	6.99