PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 137I

06-Jul-93



PDA Cal Factor = 92.2 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 320.0 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
61.	.68
125.	1.37
188.	2.07
252.	2.76
318.	3.48
380.	4.15
446.	4.86
512.	5.56
576.	6.25
638.	6.94