PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 138I

06-Jul-93



PDA Cal Factor = 94.5 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 328.0 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
69.	.74
133.	1.43
198.	2.11
264.	2.81
331.	3.52
399.	4.24
462.	4.90
529.	5.61
595.	6.31
661.	7.00