PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 146I

06-Jul-93



PDA Cal Factor = 95.8 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 332.8 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
64.	.67
133.	1.41
202.	2.12
267.	2.80
336.	3.52
406.	4.24
467.	4.88
533.	5.57
602.	6.29
672.	7.01