PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 147I

06-Jul-93



PDA Cal Factor = 91.3 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 317.2 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
63.	.69
128.	1.41
191.	2.11
254.	2.79
319.	3.51
384.	4.22
447.	4.90
511.	5.60
575.	6.30
640.	7.02