PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 151I

19-Aug-93



PDA Cal Factor = 90.4 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 313.9 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
65.	.73
125.	1.38
192.	2.11
253.	2.79
319.	3.51
379.	4.18
445.	4.91
506.	5.59
570.	6.30
632.	7.00