PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 153I

19-Aug-93



PDA Cal Factor = 93.2 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 323.5 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
61.	.66
132.	1.41
198.	2.11
262.	2.80
330.	3.52
394.	4.21
463.	4.95
520.	5.57
585.	6.28
648.	6.96