# PILE DYNAMICS, INC.

## GAGE 159I

27-Aug-93




| | | |
|---|---|---|
| PDA Cal Factor = | 93.9 | ME/V |
| Ref. Shunt (60.4KO) = | 5.0 | V |
| General Gage Factor = | 326.0 | ME/mV/V |

| Strain ME | Gage Volts |
|---|---|
| 0. | .00 |
| 69. | .74 |
| 131. | 1.40 |
| 201. | 2.13 |
| 265. | 2.80 |
| 329. | 3.50 |
| 398. | 4.21 |
| 462. | 4.90 |
| 528. | 5.62 |
| 591. | 6.30 |
| 656. | 7.00 |