PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 160I

27-Aug-93



PDA Cal Factor = 93.0 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 322.8 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
65.	.70
131.	1.40
197.	2.11
261.	2.79
328.	3.51
393.	4.21
455.	4.89
522.	5.61
589.	6.34
648.	6.98