PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 161I

27-Aug-93



PDA Cal Factor = 93.9 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 326.0 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
66.	.70
132.	1.40
197.	2.09
262.	2.78
330.	3.50
400.	4.24
463.	4.91
527.	5.61
591.	6.29
656.	6.99