PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 162I

27-Aug-93



PDA Cal Factor =	91.5	ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) =	5.0	V
General Gage Factor =	317.8	ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
68.	.74
132.	1.44
195.	2.12
260.	2.82
327.	3.55
390.	4.24
453.	4.93
513.	5.60
578.	6.31
639.	6.98