PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 164I

27-Aug-93



PDA Cal Factor = 92.4 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 320.8 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
65.	.70
132.	1.43
196.	2.11
259.	2.79
325.	3.50
391.	4.22
454.	4.90
518.	5.59
583.	6.31
646.	7.00