PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 165I

27-Aug-93



PDA Cal Factor = 91.0 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 316.1 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
64.	.70
127.	1.40
194.	2.11
258.	2.81
321.	3.51
386.	4.20
448.	4.91
509.	5.58
573.	6.30
639.	7.03