PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 166I

27-Aug-93



PDA Cal Factor = 92.7 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 322.0 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
62.	.67
128.	1.37
197.	2.11
262.	2.81
326.	3.50
392.	4.21
453.	4.87
519.	5.59
583.	6.28
647.	6.99