PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 168I

27-Aug-93



PDA Cal Factor = 91.6 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 318.1 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
60.	.66
124.	1.35
190.	2.06
255.	2.77
317.	3.45
386.	4.20
447.	4.86
511.	5.56
574.	6.26
636.	6.95