PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 175I

11-Mar-94



PDA Cal Factor = 92.5 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 321.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0.	.00
63.	.69
126.	1.39
190.	2.09
254.	2.78
319.	3.48
383.	4.17
450.	4.90
515.	5.60
581.	6.29
646.	6.98

Calibrated by _____