PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 176I

11-Mar-94



PDA Cal Factor	=	98.8	ME/V
Shunt (60.4KΩ)	=	5.0	V
General Factor	=	343.0	ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0.	.00
67.	.70
135.	1.40
201.	2.07
272.	2.80
339.	3.46
410.	4.20
480.	4.90
549.	5.59
621.	6.31
691.	7.00

Calibrated by _____