Pile Dynamics, Inc.
Transducer 201I



PDA Cal Factor = 90.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 315.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
53	.60
128	1.43
203	2.27
262	2.91
311	3.46
375	4.17
453	5.02
493	5.45
559	6.17
628	6.90

Calibrated by: Joe Berno

Calibrated on: 08-Aug-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2