Pile Dynamics Inc

Transducer 210I



PDA Cal Factor = 99.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 346.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.66
93	.97
213	2.17
235	2.42
355	3.61
406	4.11
433	4.39
546	5.50
596	6.00
682	6.83

Calibrated by: J. Davidson

Calibrated on: 08-Jan-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2