Pile Dynamics Inc
Transducer 265I



PDA Cal Factor = 99.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 344.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.73
136	1.40
212	2.19
272	2.80
348	3.56
427	4.35
485	4.94
563	5.71
630	6.37
693	7.00

Calibrated by: Jason M Bak

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2