PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 278D

12-Dec-87



Gage Calibration Factor = 112.1 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -6.8

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	80.5	.77
3	155.7	1.47
4	236.6	2.20
5	310.0	2.86
6	388.3	3.55
7	461.7	4.20
8	539.9	4.88
9	615.0	5.55
10	693.9	6.24
11	769.4	6.90