PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 281D

24-Jan-94



PDA Cal Factor = 120.8 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 419.3 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
98.	.84
164.	1.39
245.	2.08
342.	2.88
413.	3.47
525.	4.39
591.	4.93
686.	5.71
766.	6.36
835.	6.92