# PILE DYNAMICS, INC.

## GAGE NO. 283D

13-Dec-87




Gage Calibration Factor = 119.7 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -5.6

| No. | Applied Strain ME | Gage Voltage V |
|---|---|---|
| 1 | .0 | .00 |
| 2 | 80.9 | .72 |
| 3 | 155.1 | 1.35 |
| 4 | 237.4 | 2.06 |
| 5 | 310.7 | 2.68 |
| 6 | 386.7 | 3.29 |
| 7 | 465.4 | 3.95 |
| 8 | 541.1 | 4.59 |
| 9 | 619.6 | 5.22 |
| 10 | 693.1 | 5.83 |
| 11 | 771.8 | 6.47 |