PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 285D

13-Dec-87



Gage Calibration Factor = 118.9 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -5.2

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	78.8	.70
3	156.8	1.38
4	232.7	2.02
5	312.0	2.69
6	384.4	3.29
7	465.2	3.98
8	544.2	4.63
9	614.3	5.21
10	693.4	5.86
11	771.5	6.50