PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 287D

25-Jun-93



PDA Cal Factor = 119.5 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 415.1 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
100.	.85
165.	1.38
260.	2.18
345.	2.89
422.	3.53
519.	4.34
600.	5.02
673.	5.62
761.	6.37
837.	7.02