PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 288D

03-Jan-88



Gage Calibration Factor = 111.2 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -3.5

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	78.1	.72
3	157.6	1.45
4	240.3	2.22
5	320.8	2.95
6	401.2	3.64
7	466.2	4.25
8	539.3	4.89
9	613.0	5.55
10	698.1	6.30
11	772.6	6.95