PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 289D

03-Jan-88



Gage Calibration Factor = 125.0 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -3.4

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	76.6	.63
3	161.9	1.33
4	240.2	1.96
5	319.0	2.59
6	389.2	3.15
7	474.0	3.84
8	545.7	4.40
9	628.3	5.05
10	695.4	5.59
11	768.1	6.15