PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 294D

03-Jan-88



Gage Calibration Factor = 112.7 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -4.2

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	83.7	.76
3	162.9	1.49
4	243.0	2.21
5	319.9	2.89
6	388.8	3.50
7	473.9	4.26
8	548.4	4.90
9	623.3	5.55
10	697.4	6.20
11	774.2	6.86