PILE DYNAMICS, INC.

11/26/85 CAL GAGE NO. 500 C



INIT

11/26/85 CAL
GAGE NO. 500C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	74.110	0.694
3	151.199	1.426
4	225.979	2.136
5	305.599	2.884
6	378.146	3.576
7	450.283	4.266
8	532.285	5.053
9	599.881	5.688
10	677.751	6.430
11	747.916	7.097

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.497 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.8065 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED