PILE DYNAMICS, INC.

11/26/85 CAL GAGE NO. 501 C



INIT _____

11/26/85 CAL
GAGE NO. 501C

NO.	APPL.D. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	72.045	0.669
3	150.566	1.362
4	225.291	2.024
5	303.961	2.732
6	379.132	3.358
7	450.376	3.978
8	535.672	4.680
9	601.631	5.272
10	677.863	5.946
11	747.563	6.544

GAGE CALIBRATION FACTOR= 115.100 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.9787 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED