PILE DYNAMICS, INC.

11/26/85 CAL GAGE NO. 502 C




INIT

11/26/85 CAL
GAGE NO. 502C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 78.317 | 0.762 |
| 3 | 154.139 | 1.507 |
| 4 | 228.734 | 2.225 |
| 5 | 301.988 | 2.907 |
| 6 | 377.513 | 3.594 |
| 7 | 450.395 | 4.235 |
| 8 | 525.994 | 4.937 |
| 9 | 602.450 | 5.633 |
| 10 | 678.421 | 6.320 |
| 11 | 751.825 | 6.977 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 100.452 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -7.3048 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED