PILE DYNAMICS, INC.



INIT _____

11/26/85 CAL
GAGE NO. 503C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.349	0.748
3	153.041	1.476
4	228.194	2.190
5	301.262	2.878
6	377.513	3.570
7	448.050	4.221
8	525.194	4.917
9	602.431	5.608
10	678.310	6.285
11	751.862	6.928

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.791 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.5346 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED