PILE DYNAMICS, INC.

11/26/85 CAL GAGE NO. 504 C



INIT

11/26/85 CAL
GAGE NO. 504C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.101	0.799
3	156.180	1.561
4	230.360	2.286
5	303.944	2.993
6	379.651	3.705
7	454.204	4.404
8	525.516	5.056
9	602.787	5.776
10	673.765	6.427
11	751.780	7.140

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.536 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -7.1253 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED