PILE DYNAMICS, INC.



INIT

11/26/85 CAL
GAGE NO. 505C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.263	0.756
3	155.510	1.477
4	230.100	2.164
5	303.982	2.833
6	378.776	3.509
7	454.297	4.178
8	527.788	4.807
9	603.067	5.501
10	672.480	6.126
11	750.849	6.824

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.666 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.8041 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED