PILE DYNAMICS, INC.

12/27/85 CAL GAGE NO. 508 C




INIT _____

12/27/85 CAL
GAGE NO. 508C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 82.907 | 0.781 |
| 3 | 156.980 | 1.503 |
| 4 | 232.953 | 2.238 |
| 5 | 301.471 | 2.903 |
| 6 | 384.453 | 3.689 |
| 7 | 454.947 | 4.344 |
| 8 | 528.572 | 5.023 |
| 9 | 600.705 | 5.668 |
| 10 | 684.545 | 6.417 |
| 11 | 753.883 | 7.050 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.731 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.2028 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED