PILE DYNAMICS, INC.

12/27/85 CAL GAGE NO. 511 C



INIT _____

12/27/85 CAL
GAGE NO. 511C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	82.945	0.743
3	159.142	1.438
4	233.438	2.119
5	306.802	2.788
6	381.098	3.461
7	457.258	4.149
8	543.893	4.917
9	607.266	5.490
10	679.028	6.127
11	739.083	6.643

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.989 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.1160 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED