PILE DYNAMICS, INC.

12/31/85 CAL GAGE NO. 514 C



INIT _____

12/31/85 CAL
GAGE NO. 514C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.059	0.800
3	155.816	1.542
4	231.356	2.293
5	304.436	3.016
6	379.156	3.733
7	453.018	4.440
8	535.494	5.219
9	600.482	5.820
10	679.602	6.564
11	754.695	7.262

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.035 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.2083 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED