PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 515 C



INIT _____

1/6/85 CAL
GAGE NO. 515C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.268	0.721
3	156.411	1.443
4	234.337	2.163
5	306.447	2.831
6	381.335	3.517
7	453.558	4.164
8	529.545	4.874
9	606.278	5.568
10	680.104	6.238
11	753.649	6.896

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.233 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.1056 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED