PILE DYNAMICS, INC.

12/31/85 CAL GAGE NO. 516 C



INIT _____

12/31/85 CAL
GAGE NO. 516C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.716	0.738
3	153.653	1.425
4	228.373	2.120
5	299.402	2.762
6	385.084	3.530
7	453.690	4.139
8	530.162	4.822
9	604.174	5.469
10	677.551	6.117
11	753.614	6.776

GAGE CALIBRATION FACTOR= 111.275 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.6385 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED