PILE DYNAMICS, INC.

12/31/85 CAL GAGE NO. 517 C



INIT _____

12/31/85 CAL
GAGE NO. 517C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.537	0.768
3	156.152	1.498
4	229.716	2.205
5	302.534	2.895
6	373.712	3.557
7	459.804	4.367
8	528.745	5.009
9	600.408	5.668
10	677.850	6.381
11	751.824	7.058

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.493 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.2004 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED